

PRELEVEMENT « AMIANTE » PA7

Etudiée et expérimentée pour répondre aux exigences de la norme NFX 43050 (collecte d'au moins la fraction thoraxique), du programme 144 du Cofrac, et maintenant du Lab réf 26

- Entièrement décontaminable par lavage **sans démontage de pièces**
- La réalisation par usinage dans la masse, d'inox 304L pour la partie haute et de polyéthylène haute densité pour la partie basse, la met à l'abri :
 - o Des détériorations lors de chutes éventuelles
 - o De l'oxydation
- Partie amont du circuit d'air jusqu'au substrat de collecte (filtre) entièrement métallique, et donc conductrice de l'électricité
- Accouplement et désaccouplement pour mise en place et retrait du substrat de collecte (filtre) et des anneaux, extrêmement simple et rapide, sans outillage, par vissage et dévissage rapide
- Fixation par simple emboîtement sur le mât, type pied photo
- Joints toriques imperdables
- Aucun entretien hormis le changement préventif (par précaution) des joints toriques tous les 5 ans
- Tatouage laser personnalisé de votre numéro d'équipement
- **La plus économique du marché à l'achat et à l'usage**
- Riche de 15 années expérience et de plusieurs centaines d'exemplaires

